

INSTALACIONES RADIATIVAS. SESIÓN DE PLENO 6 DE JUNIO DE 2023- Hoja 1 de 3

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CC.AA				
134	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: Decons Agurain, SA Localidad: Agurain (Araba/Álava). IRA-3554 Referencia informe técnico: CSN-PV/IEV/PM-1/IRA-3554/23 Fecha Solicitud: 23-05-2023	Autorización de funcionamiento por: - Adquisición de dos espectrómetros portátiles por fluorescencia de rayos X, provistos cada uno de ellos de un generador de rayos X de 45 Kv, 0,1 mA y 2 W de tensión, intensidad y potencia máxima respectivamente.	Instalación de tercera categoría para análisis instrumental con equipos móviles de espectrometría de fluorescencia de rayos X Por ser instalación radiactiva de nueva implantación, se considera necesaria inspección previa para la puesta en marcha. EVALUACION GOBIERNO VASCO

INSTALACIONES RADIATIVAS. SESIÓN DE PLENO 6 DE JUNIO DE 2023- Hoja 2 de 3

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN SRO/CSN				
135	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: HOSPITAL UNIVERSITARIO JUAN RAMON JIMENEZ</p> <p>Localidad: HUELVA.</p> <p>IRA-2092</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-7/IRA-2092/2023</p> <p>Fecha Solicitud: 9.12.2022</p>	<p>Autorización de modificación por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adquisición de un equipo híbrido PET-CT, de 130 KV de tensión máxima, 345 mA de intensidad máxima y 50 KW de potencia máxima - Traslado de dos equipos híbridos SPECT-CT - Remodelación de las dependencias de la instalación - Incremento de la actividad de flúor-18 - Adquisición de un generador de germanio 68-galio 68 - Adquisición de fuentes encapsuladas de germanio-68 	<p>INSTALACIÓN PLAN INVEAT</p> <p>Instalación de segunda categoría autorizada para posesión y uso de material radiactivo (incluyendo radionúclidos emisores de positrones) y equipos generadores de radiación con fines de diagnóstico, terapia ambulatoria y semillas de iodo-125 para cirugía radioguiada en el campo de aplicación de Medicina Nuclear.</p> <p>Precisa inspección previa a notificación de puesta en marcha para el nuevo PET CT</p>

INSTALACIONES RADIATIVAS. SESIÓN DE PLENO 6 DE JUNIO DE 2023- Hoja 3 de 3

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN SRO/CSN				
136	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: ALLIANCE MEDICAL LA RIOJA SL</p> <p>Localidad: Madrid</p> <p>IRA-2853</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-6/IRA-2853/2023</p> <p>Fecha Solicitud: 24.11.2022</p>	<p>Autorización de modificación por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) Modificación del domicilio social del titular de la instalación, - b) Ampliación de la instalación radiactiva, incorporando una nueva unidad móvil (UM3) con adquisición de un nuevo equipo híbrido PET-CT que se sumará a las 2 unidades móviles previamente autorizadas (UM1 y UM2) - c) Autorización de fuentes encapsuladas (para la UM3) de Germanio-68 - d) Aumento de la actividad máxima autorizada de Ge-68 para la UM1 - e) Autorización de F-18 - f) Ampliación de la actividad máxima autorizada de F-18 para la UM1 	<p>Instalación de segunda categoría autorizada para posesión y uso de material radiactivo (incluyendo radionúclidos emisores de positrones) y equipos generadores de radiación con fines de diagnóstico, mediante equipos híbridos PET-CT instalados cada uno en un camión en el campo de aplicación de la Medicina Nuclear.</p> <p>Es una instalación singular al tratarse de una unidad móvil es un camión blindado y acondicionado para su uso como servicio ambulante de diagnóstico por imagen de tomografía por emisión de positrones en tándem con un tomógrafo computerizado</p> <p>No es una instalación incluida dentro del Plan INVEAT pero estas instalaciones móviles dan soporte a varias instalaciones radiactivas medicas durante el periodo de transición asociado a la adquisición de equipos híbridos PET-CT incluidos dentro del Plan INVEAT</p>