

Trámite Simplificado

17/10/18

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
124	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: ESTAMPADOS EN CALIENTE, SA Localidad: ABADIÑO (Bizkaia) IRA-3415 Referencia informe técnico: CSN-PV/IIEV/PM-1/IRA-3415/18 Fecha Solicitud: 14-05-2018	Autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de tercera categoría que dispondrá de: <ul style="list-style-type: none">• Dos espectrómetros portátiles por fluorescencia de rayos X marca Oxford Instruments.	La instalación se dedicará a análisis de materiales con equipos portátiles de espectrometría de rayos X. De acuerdo con la Condición 10, no podrá iniciarse el funcionamiento de la instalación hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección. Evaluada por Gobierno Vasco.
125	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: INSTITUT DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE Localidad: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) IRA-2629 Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/MO-6/7/IRA-2629/18 Fechas Solicitudes: 15-05-2017 y 12-07-2018	Autorización de modificación de la autorización por: <ul style="list-style-type: none">- Aumento actividad autorizada de fuentes.	De acuerdo con la Condición 11, no podrá iniciarse el funcionamiento de la instalación hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección, ya que existen varias mejoras adicionales que se planea comprobar. Evaluada por SCAR de Cataluña.