<u>Trámite Normal</u> **19/06/2019**

INSTALACIONES RADIACTIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
101		Nombre: HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS DE MADRID Localidad: MADRID IRA-2542 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-7/IRA-2542/2019 Fecha Solicitud: 27-12-2018	 Autorización de modificación para: Dar de baja un acelerador de la firma Siemens Mevatron Primus Incorporar un acelerador lineal de electrones de la firma Varian, modelo True Beam El nuevo acelerador incorpora un sistema de imagen con tubo de rayos X 	La instalación dispone de dos aceleradores, uno de los cuales será sustituido tras obtener esta autorización. La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en marcha de la instalación modificada.