

Trámite Simplificado

17/07/2019

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
127	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID Localidad: VALLADOLID IRA-0447 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PPF/MO-19/IRA-0447/2019 Fecha Solicitud: 09-04-2018	Autorización de modificación de la autorización por: - Aprobación del Plan de Protección Física (PPF)	La fuente de Ir-192 se utiliza para tratamientos de braquiterapia. La evaluación del PPF ha comprobado el cumplimiento de requisitos establecidos en el RD 1308/2011, la Instrucción IS-41 del CSN, y la ITC aprobada por el Pleno del Consejo el 25/07/18. Se propone incluir una especificación estándar sobre modificaciones del PPF.
128	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: CURIUM PHARMA SPAIN, SA Localidad: ZARAGOZA IRA-2483 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-10/IRA-2483/19 Fecha Solicitud: 20-05-2019	Autorización de modificación para: - Incorporar nuevo material radiactivo	CURIUM PHARMA SPAIN, SA es una instalación comercial que prepara dosis individuales de radiofármacos para su uso en medicina nuclear. Ahora incorpora a su catálogo nuevo material, que se utiliza en exploraciones PET de tumores neuroendocrinos.