

Trámite Simplificado

29/07/2019

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
137	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: IZASA SCIENTIFIC, SLU Localidad: ALCOBENDAS (Madrid) IRA-3433 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM-1/IRA-3433/19 Fecha Solicitud: 28-01-2019	Autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de 2ª categoría que se dedicará a la comercialización, instalación y asistencia técnica de: <ul style="list-style-type: none">- Material radiactivo encapsulado- Generadores de rayos X de las siguientes marcas:<ul style="list-style-type: none">o Yxlon International GmbHo Golden Engineering Inco Shimadzuo Environment, Además, la nueva IRA prestará asistencia técnica a ciertos modelos de las Beckman y Kraüt Kramer Förster Española, SA.	El uso al que se destinan los equipos es muy diverso, pero en general es para inspección y análisis de materiales. IZASA SCIENTIFIC, SLU transfiere su emplazamiento, nave que contendrá el material radiactivo, desde L'Hospitalet de Llobregat a Alcobendas. La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.
138	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Localidad: MADRID IRA-0222 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-5/IRA-0222/19 Fecha Solicitud: 19-03-2018	Modificación de la autorización por: <ul style="list-style-type: none">- Aprobación del Plan de Protección Física (PPF).	La evaluación del PPF ha comprobado el cumplimiento de requisitos establecidos en el RD 1308/2011, la Instrucción IS-41 del CSN, y la ITC aprobada por el Pleno del Consejo el 25/07/18. El 1/07/19 se recibe una nueva Revisión del PPF, que es la que se informa. Se propone incluir una especificación estándar sobre modificaciones del PPF.

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
139	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: MARTINREA HONSEL SPAIN, SLU</p> <p>Localidad: MÓSTOLES (Madrid)</p> <p>IRA-0967</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-10/IRA-0967/19</p> <p>Fecha Solicitud: 10-07-2019</p>	<p>Modificación de la autorización por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incorporación de un nuevo equipo de rayos X integrado en una cabina blindada, de la marca Bosello High Technology Industrial X-Ray 	<p>El equipo, similar a otros ya autorizados en la instalación, se utilizará para inspección de piezas de aluminio de la industria automovilística.</p>
140	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRAS, SA - CEMOSA</p> <p>Localidad: MÁLAGA</p> <p>IRA-0514</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-13/IRA-0514/19</p> <p>Fecha Solicitud: 1-07-2019</p>	<p>Modificación de la autorización por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incorporación de nuevas delegaciones en Gijón (Asturias), Zamora y Salamanca - Cambio de ubicación de la delegación de Valladolid 	<p>La instalación se dedica a medida de densidad y humedad de suelos y radiografía industrial.</p> <p>La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento de cada una de las nuevas delegaciones, y la nueva ubicación de la e Valladolid, para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.</p>
141	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: REPSOL PETROLEO, SA</p> <p>Localidad: LA CORUÑA</p> <p>IRA-0980</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-7/PPF/IRA-0980/19</p> <p>Fecha Solicitud: 11-04-2018</p>	<p>Modificación de la autorización por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprobación del Plan de Protección Física (PPF). 	<p>La evaluación del PPF ha comprobado el cumplimiento de requisitos establecidos en el RD 1308/2011, la Instrucción IS-41 del CSN, y la ITC aprobada por el Pleno del Consejo el 25/07/18. El 8/10/18 se recibe una nueva Revisión del PPF y el 25/02/19 información adicional.</p> <p>Se propone incluir una especificación estándar sobre modificaciones del PPF.</p>

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
142	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: CONSORCI MAR PARC DE SALUT</p> <p>Localidad: BARCELONA</p> <p>IRA-3342</p> <p>Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/MO-03/IRA-3342/2019</p> <p>Fecha Solicitud: 3-05-2019</p>	<p>Modificación de la autorización por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incorporación de un nuevo quirófano del Hospital del Mar, como dependencia autorizada para realizar tratamientos de radioterapia. 	<p>La especificación 13ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento de la modificación, para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.</p> <p>Evaluado por SCAR de Cataluña.</p>