

## INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
177	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA  Localidad: SANTIAGO DE COMPOSTELA  IRA-0510  Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-29/IRA-0510/2019  Fecha Solicitud: 15-07 y 15-10-2019	Autorización de modificación para:  - Instalar un nuevo acelerador lineal marca VARIAN, modelo VitalBeam. Este equipo lleva incorporado un sistema de imagen con rayos X On-Board Imager-CBCT.	El nuevo acelerador se añadirá a los tres de los que ya dispone el Hospital.  La especificación 15ª requiere la comunicación al CSN, cuando el nuevo acelerador esté en disposición de iniciar su funcionamiento, para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.