

## INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
34	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces.  Localidad: BARAKALDO (Bizkaia).  IRA-0492  Referencia informe técnico: CSN-PV/IIEV/MO-18/IRA-0492/20  Fecha Solicitud: 28-02-2020	Autorización de Modificación por:  - Traslado del almacén de residuos radiactivos sólidos de una estancia a otra del edificio.	De acuerdo con la Condición 10, no podrá iniciarse el funcionamiento de la modificación hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.  Evaluado por el Gobierno Vasco.
35	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  Localidad: BARCELONA  IRA-2834  Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/MO-02/IRA-2834/20  Fecha Solicitud: 20-09-2019	Autorización de Modificación por:  - Sustituir el acelerador de electrones para producir rayos X, instalado en un camión, de la firma Smiths Heimann, modelo HCV-MOBILE, por un acelerador de electrones para producir rayos X, instalado en un camión, de la firma Rapiscan, modelo Eagle M60	Este acelerador se utiliza para escanear el contenido de contenedores del Puerto de Barcelona.  Según la Condición 8 autoriza el uso del camión Rapiscan, modelo Eagle M60, con acelerador de electrones, para la inspección de contenedores únicamente en modo de operación ScanDrive.  De acuerdo con la Condición 12, no podrá iniciarse el funcionamiento de la modificación hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.  Evaluado por SCAR de Cataluña.

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
36	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: OCA, INSPECCIÓN, CONTROL Y PREVENCIÓN SAU</p> <p>Localidad: MADRID</p> <p>IRA-0126</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-21/IRA-0126/20</p> <p>Fecha Solicitud: 2-07-2019 y 15/07/19</p>	<p>Autorización de Modificación por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambio del emplazamiento central, que pasa de Pozuelo de Alarcón (Madrid) a Madrid</li> <li>- Apertura de seis nuevas delegaciones en A Coruña, Badajoz, Bilbao, Cádiz, Cartagena y Castellón de la Plana</li> <li>- Ampliación del número de gammágrafos.</li> <li>- Incorporación de un equipo adicional de rayos X.</li> <li>- Aprobación del Plan de Protección Física (PPF).</li> </ul>	<p>La instalación ya dispone, aparte de la sede central, de cinco delegaciones y se dedica a radiografía industrial para control de calidad de piezas metálicas.</p> <p>De acuerdo con la Condición 12, no podrá iniciarse el funcionamiento de las nuevas delegaciones y sede central hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuadas las respectivas visitas de inspección.</p> <p>La evaluación del PPF ha comprobado el cumplimiento de requisitos establecidos en el RD 1308/2011, la Instrucción IS-41 del CSN, y la ITC aprobada por el Pleno del Consejo el 25/07/18.</p> <p>Se propone incluir una Condición estándar, la nº 14, sobre modificaciones del PPF.</p>
37	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA</p> <p>Localidad: BARCELONA</p> <p>IRA-1729</p> <p>Referencia informe técnico: CSN-GC/IEV/MO-15/IRA-1729/2020</p> <p>Fecha Solicitud: 17-07-2018</p>	<p>Autorización de Modificación por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baja de tres equipos generadores de rayos X</li> <li>- Incorporación de un nuevo equipo de rayos X Lorad Abbi.</li> </ul>	<p>El nuevo equipo se utilizará para biopsia por esterotaxia digital de mama.</p> <p>Los equipos retirados eran de tomografía computerizada y mamografía.</p> <p>Evaluated por SCAR de Cataluña.</p>