

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
47	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: GENESISCARE ESPAÑA SUR, SL Localidad: ALGECIRAS (Cádiz) IRA-2539 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-6/IRA-2539/2020 Fecha Solicitud: 12-08-2019	Autorización de modificación para: - Sustitución de un acelerador lineal Elekta Precise por un nuevo acelerador modelo Elekta Versa HD, que integra un sistema de rayos X para imagen. - Sustitución del equipo simulador Philips TC por uno nuevo, modelo Philips Big Bore Oncology DS	El hospital imparte tratamientos de radioterapia, mediante braquiterapia y este acelerador lineal de electrones. De acuerdo con la Condición 12, no podrá iniciarse el funcionamiento de la modificación hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.