

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
106	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL RECOLETAS CAMPO GRANDE Localidad: VALLADOLID IRA-2655 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-7/IRA-2655/2020 Fecha Solicitud: 25-06-2020	Autorización de modificación para: - Refuerzo del blindaje del techo de los dos búnkeres que alojan sendos aceleradores lineales	El Hospital dispone de una instalación radiactiva de radioterapia: teleterapia y braquiterapia mediante implantes permanente. La modificación solicitada consiste en el refuerzo del blindaje del techo de los dos búnkeres que alojan sendos aceleradores lineales para teleterapia, para la construcción encima de dos plantas adicionales. El titular ha presentado un nuevo Estudio de Seguridad donde se ha cambiado el factor de ocupación de la zona superior a los búnkeres, ya que después de la obra esa zona estará ocupada por miembros del público, y se han vuelto a calcular los blindajes necesarios de los techos de los búnkeres en esta nueva situación.