

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
107	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: JAVIER CAMARASA MONZÓN Localidad: MADRID IRA-3472 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM-1/IRA-3472/2020 Fecha Solicitud: 12-05-2020	Autorización de Funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de segunda categoría para el desmontaje de detectores iónicos de humo que tengan fuentes radiactivas encapsuladas.	Esta instalación está dedicada al desmontaje de detectores iónicos de humo obsoletos para su gestión como residuos radiactivos a través de ENRESA. La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en marcha de la instalación.
108	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HERRIKONTROL, SL Localidad: BARAKALDO (Bizkaia) IRA-0195 Referencia informe técnico: CSN-PV/IEV/MO-6/IRA/0195/2020 Fecha Solicitud: 19-03-2018	Autorización de modificación para: - Aprobación del Plan de Protección Física de la instalación	Es una instalación dedicada radiografía y gammagrafía industrial. El órgano competente del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha emitido informe favorable respecto del plan de protección física de la instalación, en fecha 8 de julio de 2020 En la evaluación del PPF se ha comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el RD 1308/2011, la Instrucción IS-41 del CSN, y la ITC aprobada por el Pleno del Consejo el 25/07/18. Se propone incluir una especificación estándar, la nº 14, sobre modificaciones referidas al Plan de Protección Física. La evaluación ha sido realizada por el Gobierno Vasco

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
109	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR DE ONCOLOGÍA. GENESIS-CARE HOSPITAL DE LA MILAGROSA</p> <p>Localidad: MADRID</p> <p>IRA-2267</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV-2/PPF/MO-5/IRA-2267/2020</p> <p>Fecha Solicitud: 17-02-2020</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprobación del Plan de Protección Física 	<p>El Hospital de la Milagrosa dispone de una fuente encapsulada de categoría 2.</p> <p>El CSN había informado favorablemente a la CAM, la revisión anterior del PPF en febrero de 2020, pero posteriormente la CAM había requerido un nuevo informe al haberse presentado una nueva revisión del PPF a requerimiento del Cuerpo Nacional de Policía.</p> <p>Esta nueva revisión, no modifica el sentido del informe emitido por el CSN el 05-02-2020</p> <p>La instalación quedará sometida a los límites y condiciones de su Resolución de fecha 16-10-2017, a la que hay que añadir una especificación estándar sobre modificaciones referidas al Plan de Protección Física.</p>

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
110	AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN	<p>Nombre: BETA PHARMA - TECHNOLOGIES, SL</p> <p>Localidad: MADRID</p> <p>ERX/M-0152</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-01/ERX/M-0152/20</p> <p>Fecha Solicitud: 04/03/2020</p>	<p>Autorización de inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asistencia Técnica de equipos de rayos x con fines de diagnóstico médico de la firma MOBIUS IMAGING 	<p>Los equipos de rayos x a dar asistencia técnica, disponen del correspondiente Certificado de Conformidad CE</p> <p>La evaluación de la solicitud ha conllevado una PIA en mayo de 2020, con sucesivas aclaraciones de la información aportada por correo electrónico</p> <p>La empresa cuenta con un responsable en Protección Radiológica, con licencia de supervisor de IIRR en el campo de asistencia técnica de ciclotrones y módulos de síntesis</p>