

## INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
112	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: INTERAPP-VALCOM, SA  Localidad: SAN AGUSTÍN DE GUADALIX (Madrid)  IRA-3404  Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1/IRA-3404/20  Fecha Solicitud: 23-07-2020	Autorización de modificación para:  - Trasladar el emplazamiento de la instalación desde Paracuellos del Jarama a San Agustín de Guadalix, ambas en Madrid.	Es una instalación radiactiva de tercera categoría que dispone de dos espectrómetros de rayos X.
113	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: TRANS G M SL  Localidad: VALLIRANA (Barcelona)  IRA-3477  Referencia informe técnico: CSN-GC/IEV/PM-1/IRA-3477/20  Fecha Solicitud: 01-04-2020	Autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de 3ª categoría que dispondrá de:  - Un equipo de la firma Thermo Niton Analyzers LLC, modelo XL2	El equipo se utilizará para análisis de metales por fluorescencia de rayos X.  De acuerdo con la especificación 11ª, no podrá iniciarse el funcionamiento del nuevo acelerador hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.  Evaluada por SCAR de Cataluña.

## OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
114	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	<p>Nombre: ZEPPELIN METROLOGY, SL</p> <p>Localidad: TORRELODONES (Madrid)</p> <p>OAR/0145</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT/OAR-0145/20</p> <p>Fecha Solicitud: 4/05/2020</p>	<p>Solicita autorización para comercialización y asistencia técnica de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipos de rayos X de la marca TESCOAN incluidos en la resolución de aprobación de tipo como aparato radiactivo de referencia NHM-X363</li> </ul>	<p>Se trata de equipos de microtomografía de rayos X (escaneo en 3D) para análisis de muestras inorgánicas de la marca Tescan, modelo Coretom.</p> <p>La especificación 9ª establece que las operaciones de asistencia técnica serán realizadas por personal del fabricante, TESCOAN, bajo la responsabilidad de ZEPPELIN METROLOGY, SL, que es a quien se otorga la autorización.</p>