

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
120	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DOCTOR NEGRÍN Localidad: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA IRA-2297 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-17/IRA-2297/2020 Fecha Solicitud: 20-02-2020	Autorización de modificación de la instalación radiactiva para: - Incorporar un nuevo acelerador lineal de electrones marca Varian, modelo Halcyon 2.0, con sistema de imagen Varian	El Hospital cuenta ya con otros cinco aceleradores lineales y el nuevo acelerador ocupará un búnker de nueva construcción, ubicado debajo de los existentes, lo que ha conllevado limitaciones de espacio y necesidad de reforzar su blindaje. De acuerdo con la Condición 12, no podrá iniciarse el funcionamiento de la modificación hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.