

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
132	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA Localidad: CÓRDOBA IRA-1199 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-14/IRA-1199/2020 Fecha Solicitud: 14-07-2020	Autorización de modificación para: - Incorporar un acelerador lineal marca ELEKTA, modelo VERSA HD. Este equipo lleva incorporado un sistema de imagen con equipo de RX.	El nuevo acelerador se añade a los tres de los que ya dispone el hospital y se instalará en un búnker de nueva construcción. De acuerdo con la Condición 12, no podrá iniciarse el funcionamiento de la modificación hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.
133	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: ARAGOGAMMA, SL Localidad: LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona) IRA-0002 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-9/PPF/IRA-0002/20 Fecha Solicitud: 27-03-2018 y 10-10-2019	Autorización de modificación para: - Aprobación del Plan de Protección Física (PPF)	La instalación radiactiva es de 1ª categoría, dedica a esterilización de material quirúrgico. Al ser IRA de 1ª categoría, presentó la solicitud de aprobación del PPF al Ministerio y, en los temas de su competencia, ha sido evaluada por la Guardia Civil. La solicitud se recibió en el CSN el 23-03-2018. Posteriormente, como consecuencia de las observaciones del Ministerio del Interior y del CSN, el titular remitió nuevas revisiones, la última el 10/10/19 (PPF rev.3), que es la que ha informado favorablemente el Ministerio del Interior y la que es objeto de este informe. La evaluación del PPF ha comprobado el cumplimiento de requisitos establecidos en el RD 1308/2011, la Instrucción IS-41 del CSN, y la ITC aprobada por el Pleno del Consejo el 25/07/18. Se propone incluir la Condición 34ª, estándar, sobre modificaciones del PPF.