

## INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
142	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: IMATGE MÈDICA INTERCENTER, SL  Localidad: BARCELONA  IRA-0294  Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/MO-18/IRA-0294/2020  Fecha Solicitud: 09-06-2020	Autorización de modificación para:  - Posesión y uso de semillas de I-125 para localización de tumores en técnicas de cirugía radioguiada	Instalación radiactiva de Medicina Nuclear diagnóstica y terapia ambulatoria.  Las semillas de I-125 se implantarán en la sala ecografías o de mamografía.  Se mantiene la especificación 15ª, de la Resolución vigente, donde se limita la carga de trabajo en la Unidad de Monitorización de Epilepsia.  Evaluada por SCAR de Cataluña.