

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
145	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL DE MÉRIDA Localidad: MÉRIDA (Badajoz) IRA-2759 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1/IRA-2759/2020 Fecha Solicitud: 05.08.2020	Autorización de modificación para: - Instalar un acelerador lineal de electrones de la marca ELEKTA, modelo VERSA HD. El equipo lleva incorporado un sistema de imagen de RX.	<p>Instalación de Radioterapia del Hospital de Mérida, que tiene autorizado otro acelerador lineal Siemens Primus, instalado en la planta -1 del Hospital.</p> <p>El nuevo acelerador Elekta estará ubicado en un edificio anexo, sito en el Polígono Nueva Ciudad s/n en Mérida. Las dependencias de ambos emplazamientos no están conectadas entre sí.</p> <p>En la especificación 15ª, se indica que durante el primer año de funcionamiento del acelerador Elekta Versa, se efectuará un control de los niveles de radiación en las áreas adyacentes al bunker, mediante la colocación de dosímetros de área en los puntos más significativos. Las lecturas mensuales de estos dosímetros, constarán en el informe anual.</p> <p>En la especificación 12ª se establece que no podrá iniciarse el funcionamiento de la Modificación (nuevo acelerador ELEKTA), hasta que no se disponga de la Notificación de PM otorgada por el CSN, tras la realización de la preceptiva visita de inspección.</p>