

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
66	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID Localidad: VALLADOLID IRA-0447 Referencia informe técnico: CSN/IEV-2/PPF/MO-19/IRA-0447/2021 Fecha Solicitud: 9/04/2018, 24/01/2019, 13-02-2020, 19-02-2020 y 02-03-2021	Autorización de modificación para: - Aprobación del Plan de Protección Física (PPF)	La evaluación del PPF ha comprobado el cumplimiento de requisitos establecidos en el RD 1308/2011, la Instrucción IS-41 del CSN y la ITC del 25/07/2018. Se propone incluir una especificación estándar sobre modificaciones del PPF.
67	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: CASTING OF FACILITIES UTILITIES & DIVERSITY SL - COFUNDI Localidad: MUNGIA (Bizkaia) IRA-3449 Referencia informe técnico: CSN-PV/IEV/MO-1/IRA-3449/21 Fecha Solicitud: 26-05-2021	Autorización de modificación por: - Cambio de emplazamiento de la instalación radiactiva, desde su actual ubicación a una nueva, ambas en Zamudio (Bizkaia).	La especificación 11ª requiere la comunicación al CSN, cuando la nueva ubicación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse la inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha de la modificación. Evaluada por el Gobierno Vasco.

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
68	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA</p> <p>Localidad: CÓRDOBA</p> <p>IRA-1199</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/PPF/MO-12/IRA-1199/2021</p> <p>Fecha Solicitud: 21-06-2018, 16-04-2019, 26-12-2019 y 15-10-2020</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprobación del Plan de Protección Física (PPF) 	<p>La evaluación del PPF ha comprobado el cumplimiento de requisitos establecidos en el RD 1308/2011, la Instrucción IS-41 del CSN y la ITC del 25/07/2018.</p> <p>Se propone incluir una especificación estándar sobre modificaciones del PPF.</p>

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
69	AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN	Nombre: ZIMADENT SUROESTE SL Localidad: SEVILLA ERX/SE-0023 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-01/ERX/SE-0023/21 Fecha Solicitud: 27-03-2019	Autorización de inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico para: - Venta de equipos de rayos X con fines de diagnóstico médico dental de la firma ACTEON	ACTEON MÉDICO DENTAL IBÉRICA SAU ha firmado, el 19 de febrero de 2021, un certificado de autorización a ZIMADENT SUROESTE S. L. para la venta y distribución de sus equipos. La labor de instalación y asistencia técnica de los equipos la realizará por la propia ACTEON, que cuenta con autorización para esta actividad.