Trámite Normal

INSTALACIONES RADIACTIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
83	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA Localidad: MURCIA IRA-0610 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-14/IRA-0610/21 Fecha Solicitud: 18-03-2021	 Autorización de modificación para: Instalar dos nuevos aceleradores lineales de electrones Versa HD, marca Elekta. Integran un sistema de rayos X XVI para imagen de 150 kV de tensión máxima Incorporar una fuente de calibración 	Es una instalación de radioterapia que ya dispone de otros tres aceleradores y una fuente para braquiterapia. Los nuevos aceleradores se instalan en sendos búnqueres de nueva construcción cuyos blindajes han sido verificados por el evaluador mediante un cálculo independiente utilizando la metodología de NCRP-151. La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN, cuando la delegación esté en disposición de iniciar su funcionamiento, para que pueda realizarse la inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.