

Trámite Normal

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
54	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre Titular: IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SLU Localidad: Málaga IRA-3505 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM/IRA-3505/22 Fecha Solicitud: 1-07-2021	Autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de 2ª categoría que dispondrá de: - Equipos generadores de radiación: <ul style="list-style-type: none">○ Equipo PET-CT de la marca General Electric, modelo Discovery IQ 3R○ Equipo SPECT-CT de la marca General Electric, modelo NM/CT 850. - Radionucleidos no - Fuentes encapsuladas de calibración	La instalación está ubicada en la planta baja del Hospital de Día Quirónsalud de Málaga. Se dedica al diagnóstico y terapia en régimen ambulatorio en medicina nuclear con equipos generadores de radiación, radionucleidos convencionales y emisores de positrones. La especificación 13ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha de la instalación.