

Trámite Simplificado

## INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
57	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE  Localidad: VALENCIA  IRA-3114  Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-3/PPF/IRA-3114/22  Fecha Solicitud: 12-07-2018, 15-03-2019, 30-07-2019 y 22-10-2020	Autorización de modificación para:  - Aprobación del Plan de Protección Física (PPF).	La evaluación del PPF ha comprobado el cumplimiento de requisitos establecidos en el RD 1308/2011, la Instrucción IS-41 y la ITC de 25/07/2018 del CSN.  Se propone incluir una especificación estándar sobre modificaciones del PPF.
58	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: CURIMUM PHARMA SPAIN  Localidad: AJALVIR (Madrid)  IRA-1300  Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-21/IRA-1300/2022  Fecha Solicitud: 02-12-2021	Autorización de modificación para:  - instalación de una nueva celda de dispensación - adquisición y uso de una fuente de calibración	La instalación tiene como campo de aplicación la producción y comercialización de radiofármacos para uso médico.

## EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
59	BAJA DE OFICIO	Nombre: LOREA DENTAL, SL  Localidad: SAN SEBASTIÁN (Guipúzcoa)  ERX/SS-0003  Referencia informe técnico: CSN/IEV/ CL/OFICIO/ERX/SS-0003/22  Fecha Solicitud: No aplica	Baja de oficio en el Registro de empresas de venta y asistencia técnica de equipos de rayos x con fines de diagnóstico médico.	La entidad fue inscrita en el registro en 2005 y tenía autorizada la venta de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico dental.  En 2019 dejó de cumplir la obligación de remitir al CSN informes anuales sobre las actividades realizadas en el año anterior, tal como requiere la condición 7ª de su autorización.  Tras diversos intentos infructuosos de contactar con el titular, el CSN ha hecho averiguaciones y encontrado que según se informa en el boletín del 3/02/2021 del Boletín Oficial del Registro Mercantil, la empresa LOREA DENTAL, SL procedió a su disolución de forma voluntaria, constando en dicho boletín los datos registrales correspondientes a la extinción de la empresa

## OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
60	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: ALLIANCE OUTSOURCING, SL</p> <p>Localidad: ALCOBENDAS (Madrid)</p> <p>OAR-0143</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1/OAR-0143/22</p> <p>Fecha Solicitud: 7-04-22</p>	<p>Modificación de la autorización de comercialización y asistencia técnica de para incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asistencia técnica de equipos generadores de rayos X de la marca SMITHS HEIMANN, GmbH, incluido en la aprobación de tipo de referencia NHM-X267 (HM/0288), que comercializa la empresa TECOSA</li> </ul>	<p>Los equipos con aprobación de tipo NHM-X267 (HM/0288) se utilizan para inspección de bultos.</p> <p>ALLIANCE OUTSOURCING, SL ya dispone de autorización para asistencia técnica de equipos incluidos en la NHM-X267, en esta modificación se incluye un nuevo modelo.</p>
61	AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	<p>Nombre: APR SALUD, SL</p> <p>Localidad: San Sebastian de los Reyes (Madrid)</p> <p>OAR-0164</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-1/OAR-0164/22</p> <p>Fecha Solicitud: 2-12-21</p>	<p>Nueva entidad que autorizada a comercialización y asistencia técnica, que incluirá:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comercialización y asistencia técnica de equipos PET-CT del fabricante Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd</li> </ul>	<p>Los equipos objeto de las actividades de comercialización y asistencia técnica serán los equipos generadores de rayos X PET-CT para uso en instalaciones radiactivas de Medicina Nuclear, fabricados por Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd., marca UNITED IMAGING.</p>