

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
69	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: INSTITUT DE RADIOFARMÀCIA APLICADA DE BARCELONA SL Localidad: BARCELONA IRA-2687 Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/MO-8/IRA-2687/2022 Fecha Solicitud: 02-12-2021	Autorización de modificación para: <ul style="list-style-type: none">- Incorporar nuevas dependencias para realizar actividad asistencial de medicina nuclear PET.- Alta de un equipo PET-TC, marca siemens, modelo Biograph mCT- Alta material radiactivo no encapsuado.- Alta de fuentes encapsuladas de verificación.	La instalación se dedica a la producción y comercialización de radiofármacos PET. De acuerdo con la especificación 15ª, no podrá iniciarse el funcionamiento de la modificación de la instalación hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección. Evaluada por SCAR de Cataluña.

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
70	AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN	Nombre: IR ELEKTRONIK GLOBAL QUALITY, SL Localidad: ERANDIO (Vizcaya) ERX/BI-0023 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-01/ERX/BI-0023/22 Fecha Solicitud: 17-01-2022	Autorización de inscripción en el Registro de empresas de venta y asistencia técnica de equipos de rayos x con fines de diagnóstico médico de una nueva empresa que se dedicará a: - la retirada y destrucción de equipos de equipos de rayos x de diagnóstico médico.	La retirada y destrucción de equipos de equipos de rayos x de diagnóstico médico es una actividad regulada por el Real Decreto 1085/2009 y se requiere autorización para realizarla. Las actividades cuya autorización se solicita no implican riesgo radiológico, puesto que el procedimiento de desmontaje aportado por el solicitante especifica que solo procederán al mismo previa comprobación de que los equipos están desenergizados
71	BAJA DE OFICIO	Nombre: ANKO EUROPA, SA Localidad: MADRID ERX/M-0048 Referencia informe técnico: CSN/IEV/CL/OFICIO/ERX/M-0048/22 Fecha Solicitud: No aplica	Baja de oficio, es decir, sin solicitud del titular, en el Registro de empresas de venta y asistencia técnica de equipos de rayos x con fines de diagnóstico médico	La entidad fue inscrita en el registro en 1997 y tenía autorizada la venta y asistencia técnica de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico y veterinario, pero ya se ha disuelto.

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
72	BAJA DE OFICIO	<p>Nombre: INTEGRA MGSI, SA</p> <p>Localidad: MADRID</p> <p>ERX/M-0088</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/CL/OFICIO/ERX/M-0088/22</p> <p>Fecha Solicitud: No aplica</p>	<p>Baja de oficio, es decir, sin solicitud del titular, en el Registro de empresas de venta y asistencia técnica de equipos de rayos x con fines de diagnóstico médico</p>	<p>La entidad fue inscrita en el registro en 2001 y tenía autorizada la asistencia técnica de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico, pero ya se ha disuelto.</p>
73	BAJA DE OFICIO	<p>Nombre: SUMINISTROS DENTALES DUODENT, SL</p> <p>Localidad: MADRID</p> <p>ERX/M-0099</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/CL/OFICIO/ERX/M-0099/22</p> <p>Fecha Solicitud: No aplica</p>	<p>Baja de oficio, es decir, sin solicitud del titular, en el Registro de empresas de venta y asistencia técnica de equipos de rayos x con fines de diagnóstico médico</p>	<p>La entidad fue inscrita en el registro en 2004 y tenía autorizada la venta de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico dental, pero ya se ha disuelto.</p>