

## INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
125	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL RECOLETAS SEGOVIA NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA  Localidad: SEGOVIA  IRA-3039  Referencia informe técnico:  CSN/IEV/MO-02/IRA-3039/2022  Fecha Solicitud: 31-05-2022	Autorización de modificación para:  - Cambiar el uso de una de las dependencias de la instalación en el entorno de la sala blindada que alberga el acelerador lineal, que pasará de tener un uso como almacén.	El cambio de uso de la dependencia requiere añadir un blindaje adicional en parte del anillo primario de la sala blindada del acelerador lineal.  La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN previa a la Notificación de Puesta en Marcha,
126	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR DE ONCOLOGÍA (HOSPITAL DE LA MILAGROSA)  Localidad: MADRID  IRA-2267  Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-6/IRA-2267/2022  Fecha Solicitud: 17-12-2021	Autorización de modificación para:  - Incluir un acelerador lineal de electrones de la marca Elekta, modelo Digital Versa HD,  - Dar de baja un equipo de braquiterapia de alta tasa NUCLETRON Microselectron.	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN previa a la Notificación de Puesta en Marcha.