

Trámite Simplificado

**INSTALACIONES RADIATIVAS**

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
127	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: ARNOTEGI METAL, SL. Localidad: IURRETA (BIZKAIA). IRA-3530 Referencia informe técnico: CSN-PV/IIEV/PM-1/IRA-3530/22 Fecha Solicitud: 15-07-2022	Solicitan autorización de funcionamiento por: - Adquisición de dos espectrómetros portátiles por fluorescencia de rayos X marca Thermo Scientific Niton, modelo XL2	Por tratarse de una instalación radiactiva de nueva implantación, se considera necesaria inspección previa para la puesta en marcha. Evaluada por la Encomienda del País Vasco
128	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: CENTRO DE LÁSERES PULSADOS ULTRACORTOS, ULTRAINTEENSOS – CLPU Localidad: VILLAMAYOR (SALAMANCA) IRA-3254 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-3/IRA-3254/22 Fecha Solicitud: 08-07-22	Solicitan autorización de modificación para: - Modificar la <u>especificación 9ª</u> de la autorización vigente (Resolución de 14-08-2020), relativa a la descripción de los parámetros de funcionamiento de los equipos láser-plasma VEGA 2 y VEGA 3 autorizados. - Modificar la <u>especificación 14ª</u> de la autorización vigente, sobre la exigencia de disponer de un servicio de protección radiológica. - Modificar la <u>especificación 15ª</u> de la autorización vigente, sobre licencias de supervisor u operador.	La instalación radiactiva es de 2ª categoría para actividades de: - Utilización de equipos generadores de haces láser para la investigación de la interacción de la luz coherente focalizada con la materia para la producción de radiaciones ionizantes, así como sus aplicaciones industriales y médicas. - Realización de pruebas de hermeticidad a las fuentes radiactivas encapsuladas de americio-241/berilio de 10 MBq de actividad máxima de que se dispone en la instalación. Se requiere mediante especificación 22 la inspección previa antes de iniciar el funcionamiento del acelerador laser VEGA 3.

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
129	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL</p> <p>Localidad: BADALONA (BARCELONA) IRA-2039</p> <p>Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/MO-14/IRA-2039/2022</p> <p>Fecha Solicitud: 23-03-2022</p>	<p>Solicitan autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sustituir un equipo SPECT-TC y actualizar el equipo PET-TC autorizado.</li> <li>- Actualizar el inventario de fuentes radiactivas encapsuladas.</li> <li>- Aumentar la actividad de I-123</li> <li>- Reorganizar dependencias autorizadas.</li> </ul>	<p>La instalación se dedica al diagnóstico y la terapia ambulatoria en medicina nuclear.</p> <p>De acuerdo con la especificación 12ª, se requiere inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.</p> <p>Evaluada por SCAR de Cataluña.</p>
130	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: LABETEC ENSAYOS TÉCNICOS CANARIOS, SA</p> <p>Localidad: AGÜIMES (LAS PALMAS)</p> <p>IRA-3073</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-2/IRA-3073/22</p> <p>Fecha Solicitud: 25-05-22</p>	<p>Solicitan autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El cambio de emplazamiento.</li> </ul>	<p>La entidad tiene autorización para las actividades de Medida de densidad y humedad en suelos.</p> <p>De acuerdo con la especificación 12ª, se requiere inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.</p>

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
131	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES.</p> <p>Localidad: BARAKALDO (BIZKAIA).</p> <p>IRA-0492</p> <p>Referencia informe técnico: CSN-PV/IIEV/MO-21/IRA-0492/22</p> <p>Fecha Solicitud: 06-06-2022</p>	<p>Solicitan autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eliminar el box 1, repartiendo su espacio entre gammateca y box 4.</li> </ul>	<p>Debido a la entidad de la modificación efectuada que comprende modificación de los blindajes establecidos, se considera necesaria inspección previa a la puesta en marcha de la modificación.</p> <p>Evaluada por la Encomienda del País Vasco</p>
132	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE</p> <p>Localidad: TARRAGONA</p> <p>IRA-0076</p> <p>Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/MO-13/IRA-0076/2022</p> <p>Fecha Solicitud: 01-06-2022</p>	<p>Solicitan autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sustituir el equipo SPECT de la marca General Electric, por un nuevo equipo SPECT dotado con un TC de la marca General Electric, modelo NM/CT 870 DR.</li> <li>- Modificar los blindajes de la sala gammacámara 2 donde se ubicará el nuevo equipo.</li> </ul>	<p>Se trata de una instalación de Medicina Nuclear,</p> <p>Para la gestión de la protección radiológica el titular cuenta con el apoyo de la UTPR de la Universitat Rovira i Virgili.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De acuerdo con la especificación 12ª, se requiere inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha</li> </ul> <p>Evaluada por el SCAR</p>
133	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: REPSOL PETROLEO, SA</p> <p>Localidad: PUERTOLLANO (CIUDAD REAL)</p> <p>IRA-1079</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-9/IRA-1079/22</p> <p>Fecha Solicitud: 27-06-22</p>	<p>Solicitan autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incorporar 14 equipos radiactivos de control de nivel y de un recinto para el almacenamiento temporal de equipos radiactivos, así como cambiar la denominación de cuatro de los equipos ya autorizados</li> </ul>	<p>La entidad tiene autorización para las actividades de control de procesos con equipos con fuentes radiactivas encapsuladas.</p> <p>Se ha requerido (especificación 12ª) la realización de una inspección previa al funcionamiento de los nuevos equipos y del recinto de almacenamiento temporal,</p>



## EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
134	AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO	<p>Nombre: DISDEN SOLUCIONES EN APARATOLOGÍA, SL</p> <p>Localidad: CARBALLO (A CORUÑA)</p> <p>ERX/C-0021</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-01/ERX/C-0021/22</p> <p>Fecha Solicitud: 23-02-22</p>	<p>Solicitan autorización para la inscripción en el Registro de empresas de venta y asistencia técnica de equipos de rayos x con fines de diagnóstico médico de una nueva empresa que se dedicará a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La venta de equipos de rayos X con fines de diagnóstico médico dental de la firma ACTEON</li> </ul>	<p>El solicitante ha acreditado que los equipos de rayos X que pretende vender disponen del marcado CE.</p> <p>El solicitante ha acreditado que dispone de acuerdos de distribución con los fabricantes de los equipos de rayos X.</p> <p>El solicitante ha acreditado que dispone de un modelo apropiado para expedir el certificado de conformidad de los equipos para su registro (Anexo II del RD 1085/2009) y que ha suscrito un acuerdo con una empresa autorizada para la asistencia técnica.</p>

