

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
136	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: AGENCIA GALLEGA DE SANGRE, OGANOS Y TEJIDOS Localidad: SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) IRA-2216 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-3/IRA-2216/2022 Fecha Solicitud: 11-04-2018	Solicitan autorización de modificación para: <ul style="list-style-type: none">- Aprobación del Plan de Protección Física (PPF) para proteger 1 fuente de CS-137 de categoría 1.	La instalación radiactiva se dedica a la irradiación de muestras biológicas con fines médicos. El titular ha aportado el "Plan de Protección Física" el cual afecta a un irradiador de sangre que incorpora una fuente radiactiva encapsulada de cesio-137. La instalación ha solicitado, con su escrito ref. CSN IRA/2216/MO-3/PIAR/PPF (registro de entrada 17682, de fecha 20/12/2019) ser eximida de constituir un Departamento de Seguridad propio, en base a la disposición 5ª 6. b) i) de la Instrucción IS-41. La evaluación del PPF ha comprobado el cumplimiento de requisitos establecidos en el RD 1308/2011, la Instrucción IS-41 del CSN, y la ITC aprobada por el Pleno del Consejo el 25/07/18. Se propone incluir la Condición 13ª, estándar, sobre aprobaciones del PPF.
137	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: ROMACO TECPHARM, SL Localidad: RUBÍ (BARCELONA) IRA-3525 Referencia informe técnico: CSN-GC/IEV/PM-1/IRA-3525/2022 Fecha Solicitud: 04-04-2022	Solicitan autorización para: <ul style="list-style-type: none">- Funcionamiento de la instalación radiactiva dedicada al análisis de materiales mediante fluorescencia de rayos X- Adquisición de un equipo OLYMPUS, modelo VANTA.	Se requiere (especificación 11ª) inspección previa al inicio del funcionamiento de la instalación. Evaluada por el SCAR