

TRÁMITE SIMPLIFICADO
INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
144	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: LABORATORIO ENSAPROC, SLL Localidad: Córdoba IRA-3338 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1/IRA-3338/22 Fecha Solicitud: 1-09-22	Autorización de modificación para: - Incorporar cuatro equipos de medida de densidad y humedad en suelos que podrán ser indistintamente de la marca Troxler, serie 3400 o de la marca CPN, serie MC.	La instalación radiactiva es de 2ª categoría y está autorizada a la utilización de equipos móviles de medida de densidad y humedad en suelos. Se requiere inspección previa a la puesta en marcha de la modificación ya que han ampliado el recinto de almacenamiento de los equipos radiactivos y han elaborado un nuevo Estudio de Seguridad.