

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN ENCOMIENDA FUNCIONES DE CC.AA				
163	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	<p>Nombre: SIMM Molecular SL</p> <p>Localidad: Barcelona</p> <p>IRA-3523</p> <p>Referencia informe técnico: CSN-GC /IIEV/PM-01/IRA-3523/2022</p> <p>Fecha Solicitud: 29.03.2022</p>	<p>Autorización del funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de 2ª categoría que dispondrá de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Equipos generadores de radiación: - Radionucleidos no encapsulados - Fuentes encapsuladas de calibración 	<p>La presente solicitud de autorización de una instalación de segunda categoría se encuadra dentro del PLAN INVEAT.</p> <p>Se dedica al diagnóstico y la terapia en régimen ambulatorio en medicina nuclear con equipos generadores de radiación, radionucleidos convencionales y emisores de positrones.</p> <p>La especificación 12ª requiere la comunicación al SCAR cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse la inspección previa a la notificación de puesta en marcha.</p> <p>Evaluada por SCAR de Cataluña</p>