

Trámite Normal

INSTALACIONES RADIATIVAS PLENO 29 DE MARZO DE 2023

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CSN/SRO				
73	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA Localidad: Madrid IRA-0280 Referencia informe técnico: CSN /IEV/MO-22/IRA-0280/2023 Fecha Solicitud: 03.10.2022	Autorización de modificación de la instalación radiactiva para: <ul style="list-style-type: none">• Sustitución del acelerador lineal de electrones. Está provisto de un sistema de imagen guiada por Rayos X	Instalación PLAN INVEAT Instalación de segunda categoría para posesión uso de material radiactivo y equipos generadores de radiación con fines de diagnóstico y de terapia ambulatoria en el campo de aplicación de la Medicina Nuclear, y posesión y uso de equipos generadores de radiación y fuentes encapsuladas con fines médicos, en el campo de aplicación de la Oncología Radioterápica (teleterapia y braquiterapia), e irradiación de muestras biológicas. No podrán iniciar el funcionamiento de la modificación hasta que el CSN realice la inspección previa a la notificación de puesta en marcha. Junto a la solicitud de puesta en marcha deberá remitir lo incluido en especificación técnica nº 16