

Trámite Normal

INSTALACIONES RADIATIVAS PLENO 3 DE ABRIL DE 2023

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
<b>EVALUACIÓN CSN/SRO</b>				
74	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID  Localidad: Valladolid  IRA-0447  Referencia informe técnico:  CSN /IEV/MO-22/IRA-0447/2023  CSN/IEV/MO-23/IRA-0477/2023  Fecha Solicitud: 07.09.2022/28.10.2022	Autorización de modificación de la instalación radiactiva para: <ul style="list-style-type: none"><li>• Adquisición de un equipo híbrido PET-CT no teniendo previamente autorizado un equipo PET-CT.</li><li>• Sustitución del acelerador lineal de la marca Varian, modelo CLINAC 2100 C/D, por otro equipo de la marca Varian, modelo Truebeam</li></ul>	<b>Instalación PLAN INVEAT</b>  Instalación de segunda categoría para posesión y uso de material radiactivo y equipos generadores de radiación con fines de diagnóstico y de terapia ambulatoria y con hospitalización en el campo de aplicación de Medicina Nuclear.  Posesión y uso de generadores de radiación ionizante y fuentes encapsuladas con fines médicos en el campo de aplicación de la oncología radioterápica  No podrán iniciar el funcionamiento de la modificación hasta que el CSN realice la inspección previa a la notificación de puesta en marcha.  Junto a la solicitud de puesta en marcha deberá remitir lo incluido en especificación técnica nº 15

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
<b>EVALUACIÓN CSN/SRO</b>				
75	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO</p> <p>Localidad: Sevilla</p> <p>IRA-0066</p> <p>Referencia informe técnico: CSN /IEV/MO-24/IRA-0066/2023</p> <p>Fecha Solicitud: 17.10.2022</p>	<p>Autorización de modificación de la instalación radiactiva para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sustitución del acelerador lineal de electrones de la marca Elekta, modelo Synergy, por un acelerador lineal de electrones de la marca VARIAN, modelo HALCYON, provisto de un sistema de imagen guiada por rayos X,</li> <li>Sustitución del equipo de simulación CT por otro equipo CT</li> </ul>	<p><b>Instalación PLAN INVEAT</b></p> <p>Instalación de segunda categoría para posesión y uso de material radiactivo y equipos generadores de radiación ionizante en el campo de aplicación de la oncología radioterápica y la irradiación de muestras biológicas</p> <p>No podrán iniciar el funcionamiento de la modificación hasta que el CSN realice la inspección previa a la notificación de puesta en marcha.</p> <p>Junto a la solicitud de puesta en marcha deberá remitir lo incluido en especificación técnica nº 14</p>
76	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE SALAMANCA</p> <p>Localidad: Salamanca</p> <p>IRA-3436</p> <p>Referencia informe técnico: CSN /IEV/MO-4-MO-5/IRA-3436/2023</p> <p>Fecha Solicitud: 28.11.2022/30.01.2023</p>	<p>Autorización de modificación de la instalación radiactiva para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Instalación de 2 nuevos aceleradores lineales, de la marca VARIAN y modelos TRUEBEAM y ETHOS,</li> </ul>	<p><b>Instalación PLAN INVEAT</b></p> <p>Instalación de segunda categoría para posesión y uso de material radiactivo y equipos generadores de radiación ionizante en el campo de aplicación de radioterapia y braquiterapia electrónica, y posesión y uso de fuentes encapsuladas para braquiterapia de alta tasa</p> <p>No podrán iniciar el funcionamiento de la modificación hasta que el CSN realice la inspección previa a la notificación de puesta en marcha.</p> <p>Junto a la solicitud de puesta en marcha deberá remitir lo incluido en especificación técnica nº 14</p>