

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CSN/SRO				
209	AUTORIZACION DE MODIFICACION	Nombre: Hospital Universitario Lucus Augusti Localidad: Lugo IRA- 3327 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-3/IRA-3327/2023 Fecha Solicitud: 22.11.2022/06.02.2023	Modificación de la instalación para: <ul style="list-style-type: none">• Aprobación del Plan de protección física de la instalación	INSTALACION PERTENECIENTE A PLAN INVEAT Se incluye la especificación técnica nº 14 en relación con el PPF

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CCAA				
210	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACION	<p>Nombre: Servicios de Radioterapia y Oncología SA.</p> <p>Localidad: Islas Baleares</p> <p>IRA-0427</p> <p>Referencia informe técnico: CSN-CAIB/IEV/MO-08/IRA-0427/2023</p> <p>Fecha Solicitud: 5.10.2023</p>	<p>Modificación de la autorización de la instalación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autorización de un equipo híbrido SPECT-CT de 140 KV, 30 mA y 24 kW de tensión, intensidad de corriente y potencia máximas, respectivamente, • Remodelación de las dependencias de la instalación • Autorización de radio-223, en forma de fuente no encapsulada, para la realización de tratamientos 	<p>Instalación de segunda categoría que se autoriza para posesión y uso de material radiactivo y equipos generadores de radiación con fines de diagnóstico y de terapia ambulatoria y no ambulatoria en el campo de aplicación de la Medicina Nuclear.</p> <p>Requiere inspección previa a notificación de puesta en marcha</p> <p>EVALUACIÓN REALIZADA POR ENCOMIENDA DE GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES</p>

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO				
211	MODIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X	Nombre. BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA Localidad: Madrid ERX/M-0140 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-02/ERX/M-0140/23 Fecha Solicitud: 2.03.2023	Motivo de solicitud: <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="819 507 1424 592">• Venta de equipos de rayos X de diagnóstico médico de radiología intervencionista de la firma FUJIFILM.	