

Trámite Normal

INSTALACIONES RADIATIVAS PLENO 12 DE JUNIO DE 2024

Hoja 1 de 1

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CSN/SRO				
5	MODIFICACION DE AUTORIZACION	Nombre: CENTRO ONCOLOGICO DE GALICIA JOSE ANTONIO QUIROGA Y PINEYRO Localidad: A Coruña IRA-0060 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-21/IRA-0060/2024 Fecha Solicitud: 21.12.2023	Modificación de la instalación para: <ul style="list-style-type: none">• Sustitución de un acelerador lineal de electrones por otro de la marca VARIAN, modelo HALCYON, provisto de un sistema de imagen por rayos X	Instalación de segunda categoría autorizada para <ul style="list-style-type: none">- Posesión y uso de equipos generadores de radiación con fines terapéuticos en el campo de aplicación de la radioterapia con haces externos (teleterapia).- Posesión y uso de equipos con fuentes radiactivas encapsuladas y fuentes radiactivas encapsuladas con fines terapéuticos en el campo de aplicación de la radioterapia (braquiterapia).- Posesión y uso de material radiactivo (incluyendo radionucleidos emisores de positrones) y de equipos generadores de radiación con fines de diagnóstico y terapia en el campo de aplicación de la medicina nuclear. Precisa inspección previa a notificación de puesta en marcha