

Trámite Normal

INSTALACIONES RADIATIVAS PLENO 09 DE DICIEMBRE DE 2024

Hoja 1 de 2

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
<b>EVALUACIÓN CSN/SRO</b>				
7	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: Hospital Universitario doce de octubre Localidad: Madrid IRA- 0172B Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-20/IRA-0172B/2024 Fecha Solicitud: 11.09.24	Modificación de instalación radiactiva para autorizar <ul style="list-style-type: none"><li>La sustitución de un acelerador lineal de electrones VARIAN modelo Clinac Unique con energía de 6MV, por un acelerador lineal VARIAN modelo HALCYON, con una energía de 6 MV FFF.</li></ul>	Instalación de segunda categoría que se autoriza para uso de las radiaciones ionizantes para el tratamiento de pacientes con técnicas de radioterapia (teleterapia y braquiterapia)  Precisa inspección previa a notificación de puesta en marcha.
8	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: ECG Salud SL Localidad: Valencia IRA- 3582 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM/IRA-3582/2024 Fecha Solicitud: 28.ABRIL.2024	Puesta en marcha de instalación radiactiva para autorizar: <ul style="list-style-type: none"><li>La adquisición y montaje de un acelerador lineal de electrones marca VARIAN, modelo TRUEBEAM, con energías de fotones de 6 y 10 MV con y sin filtro aplanador, energías de electrones de hasta 15 MeV, y provisto de un sistema de imagen por rayos X</li></ul>	Instalación de segunda categoría que se autoriza para la posesión y uso de equipos generadores de radiación con fines terapéuticos en el campo de aplicación de la radioterapia con haces externos (teleterapia).  Precisa inspección previa a notificación de puesta en marcha.

Trámite Normal

INSTALACIONES RADIATIVAS PLENO 09 DE DICIEMBRE DE 2024  
Hoja 2 de 2

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
<b>EVALUACIÓN CSN/SRO</b>				
9	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: Fundación Instituto Valenciano de Oncología  Localidad: Valencia  IRA- 2835  Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-01/IRA-2835/2024  Fecha Solicitud: 31.MAYO.24	Modificación de la instalación radiactiva para: <ul style="list-style-type: none"><li>Adquisición y montaje de un acelerador lineal de electrones marca VARIAN, modelo TRUEBEAM, con energía de fotones de 6 MV con y sin filtro aplanador, energías de electrones de 6, 9 y 12 MeV, y provisto de un sistema de imagen por rayos X,</li></ul>	Instalación de segunda categoría que se autoriza para la posesión y uso de equipos generadores de radiación con fines terapéuticos en el campo de aplicación de la radioterapia con haces externos (teleterapia).  Precisa inspección previa a notificación de puesta en marcha.