

Trámite Normal

INSTALACIONES RADIATIVAS PLENO 18 DE DICIEMBRE DE 2024

Hoja 1 de 1

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CSN/SRO				
10	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: Hospital ASCIRES Localidad: Valencia IRA- 3592 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM-1/IRA-3592/2024 Fecha Solicitud: 03.07.24	Autorización de instalación radiactiva para <ul style="list-style-type: none">• Material radiactivo no encapsulado• Radionucleidos encapsulados para cirugía auto guiada, control de calidad• Equipo híbrido PET-CT de 140 kV, 666 mA y 80 kW de tensión, intensidad y potencia máximas, respectivamente.• Equipo híbrido SPECT-CT de 130 kV, 240 mA y 80 kW de tensión, intensidad y potencia máximas, respectivamente	Instalación de segunda categoría que se autoriza para posesión y uso de material radiactivo (incluyendo radionúclidos emisores de positrones) y equipos generadores de radiación con fines de diagnóstico, y semillas de yodo-125 para cirugía radioguiada en el campo de aplicación de Medicina Nuclear. Precisa inspección previa a notificación de puesta en marcha.