Trámite Normal

INSTALACIONES RADIATIVAS PLENO 19 DE FEBRERO DE 2024
Hoja 1 de 1

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CSN/SRO				
1	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: Hospital Santa Bárbara Localidad: Soria IRA- 3601 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM/IRA-3601/2025 Fecha Solicitud: 22.10.24	Autorización de instalación radiactiva para <ul style="list-style-type: none">• Construcción, adquisición y montaje de instalación con acelerador lineal de electrones de marca Varian Medical Systems, modelo Truebeam con energías de 9,12, y 15 MeV para electrones, y de 2,5, 6, y 10MV para fotones y posibilidad de funcionar sin filtro aplanador para energías de 6 y 10 MV. Provisto de un sistema de imagen guiada por rayos X	Instalación de segunda categoría que se autoriza para posesión y uso de equipos generadores de radiación con fines médicos en el campo de aplicación de la oncología radioterápica con haces externos Precisa inspección previa a notificación de puesta en marcha.