Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIATIVAS. SESIÓN DE PLENO 19 DE FEBRERO DE 2025- Hoja 1 de 3

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CCAA				
8	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: ICS - HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL Localidad: Badalona IRA-2039 Referencia informe técnico: CSN-GC/IEV/MO-15/IRA-2039/2024 Fecha Solicitud: 09-11-2022	Modificación de la instalación para autorizar el Re-188 en formato no encapsulado para uso en terapia	Instalación de segunda categoría autorizada para el diagnóstico y la terapia en medicina nuclear. EVALUACIÓN SCAR DE CATALUÑA
9	AUTORIZACIÓN DE PUESTA EN MARCHA	Nombre: Carl Zeiss Iberia, SLU Localidad: Abrera IRA-3590 Referencia informe técnico: CSN-GC/IEV/PM-1/IRA-3590/2025 Fecha Solicitud: 13.06.2024	Autorización de funcionamiento para autorizar: <ul style="list-style-type: none">Una cabina de irradiación dotada de equipo de rayos X de la marca Carl Zeiss X-Ray Technologies SRL, modelo Bosello Max 80-150 con unas características máximas de funcionamiento de 450 kV, 1200 W y 12 mA	Instalación de segunda categoría autorizada para radiografía industrial Precisa inspección previa a notificación de puesta en marcha. EVALUACIÓN SCAR DE CATALUÑA

INSTALACIONES RADIATIVAS. SESIÓN DE PLENO 19 DE FEBRERO DE 2025- Hoja 2 de 3

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CSN/SRO				
10	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: REPSOL QUIMICA SA</p> <p>Localidad: Madrid</p> <p>IRA-0385</p> <p>Referencia informe técnico:</p> <p>CSN-/IEV/MO-10/ARCHIVO/PPF REV.2/IRA-0385/25</p> <p>Fecha Solicitud: 27.06.24/03.07.24</p>	<p>Autorización de modificación para autorizar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ampliación de la instalación con nueve nuevos equipos de control de procesos de la marca VEGA, que incorporan fuentes radiactivas Archivo de la solicitud de aprobación del Plan de Protección Física (PPF), REV.2 ya que a las nuevas fuentes radiactivas no les aplica el Real Decreto 1308/2011, de 26 de septiembre, sobre protección física de las instalaciones y los materiales nucleares, y de las fuentes radiactivas 	<p>Instalación de segunda categoría autorizada para control de procesos con fuentes radiactivas encapsuladas</p> <p>Precisa inspección previa a notificación de puesta en marcha.</p>
11	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: PAYLOAD AEROSPACE SL</p> <p>Localidad: Alicante</p> <p>IRA-3527</p> <p>Referencia informe técnico:</p> <p>CSN/IEV/MO-01/IRA-3527/25</p> <p>Fecha Solicitud: 03.09.24</p>	<p>Autorización de modificación para autorizar:</p> <p>-Cambio de domicilio del emplazamiento de la instalación a C/ Marie Curie 23, Elche Parque Industrial (Elche). La instalación estaba ubicada en la C/ Nicolás Copérnico 7 (Elche).</p> <p>-Alta de un nuevo equipo de rayos X de la firma VAREX IMAGING, modelo HPX-450-11 de 450 kV, 14.3 mA y 1500 W de tensión, intensidad y potencia máximas.</p> <p>-Actualización de la denominación del equipo de rayos X de la firma YXLON modelo SMART EVO 300DSW. YXLON ha sido absorbida por su matriz COMET, por lo que estos equipos a día de hoy se comercializan bajo dicha marca</p>	<p>Instalación de segunda categoría autorizada para uso de equipos de radiografía industrial fija</p> <p>Precisa inspección previa a notificación de puesta en marcha.</p>

INSTALACIONES RADIATIVAS. SESIÓN DE PLENO 19 DE FEBRERO DE 2025- Hoja 3 de 3

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EMPRESAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE EQUIPOS GENERADORES DE RAYOS X (OAR)				
12	INFORME DESFAVORABLE SOBRE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN COMO EMPRESA DE VENTA Y ASISTENCIA TÉCNICA EQUIPOS RAYOS X	Nombre: KYT IMPLANTES DENTALES SL Localidad: Badajoz ERX/BA-0003 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-01/ERX/BA-0003/25 Fecha Solicitud: 16.05.2022	Motivo de solicitud: <ul style="list-style-type: none">• Modificación por ampliación de la actividad de la autorización e inscripción en registro de empresas de venta y asistencia técnica de equipos de rayos X con fines de diagnóstico médico.	Equipos destinados a diagnóstico médico