

Trámite Normal

INSTALACIONES RADIATIVAS. SESIÓN DE PLENO 11 DE JUNIO DE 2025- Hoja 1 de 1

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CSN/SRO				
9	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CACERES Localidad: Cáceres IRA-3611 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM/IRA-3611/2025 Fecha Solicitud: 13.12.24/27.03.25/04.04.25/10.04.25/08.05.25	Autorización de instalación para: ▪ Equipo híbrido PET CT con 140kV, 420mA y 50kW. ▪ Equipo híbrido PET CT con 140kV, 600mA, y 52kW. ▪ Autorización de F-18, Ga-67, Tc 99m, I-131, I-123, In-111, Ta-201, Ra-223 en forma no encapsulada. ▪ Autorización de Co-57, Ge-68, Cs-137, Ba-133 en forma encapsulada.	Instalación de segunda categoría se autoriza para posesión y uso de fuentes radiactivas, y equipos híbridos generadores de radiación con fines de diagnóstico y terapia ambulatoria en el campo de aplicación de medicina nuclear. Requiere inspección previa a la emisión de notificación de puesta en marcha