

ACTA DE INSPECCION

[REDACTED]. Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó, el día doce de junio de dos mil doce, en VORSEVI, SA (Delegación de Granada), sita en el [REDACTED] Peligros (Granada)

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a: Medida de densidad y humedad de suelos y radiografía industrial, cuya autorización de modificación (MO-16) fue concedida por la Dirección General de Política Energética y Minas. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en fecha 21 de febrero de 2011.

Que la Inspección fue recibida por D^a. [REDACTED]. Delegada. D. [REDACTED]. Jefe del Laboratorio, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Para el almacenamiento de los equipos, disponen de un recinto blindado, señalizado, provisto de acceso controlado y extinción de fuego.-----
- En el momento de la inspección, disponían de cuatro equipos [REDACTED] con nºs de serie: 31395(Varilla-2010); 60825 (V-2008); 16857, prestando servicios fuera de la instalación; 19123(V-2010), almacenado en la instalación.-----





- Disponen de cuatro equipos para la detección y medida de la radiación n^os. 60480, 33926, 13601 y 60332, verificados en la propia instalación.-----
- **Fue exhibida la documentación, siguiente:**
- Diario de Operación, del equipo almacenado, de ref. 159/11y el correspondiente al equipo n^o.60825, de ref. 146/10
- Registros dosimétricos, sin valores significativos.-----
- Licencias de operación, asignadas a los Operadores: D. [redacted] D. [redacted], D. [redacted] realizando la vigilancia médica en [redacted]-----
- Certificados de revisión de equipos y varillas ,y pruebas de hermeticidad realizadas por las firmas, [redacted] y en la propia instalación y [redacted].-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a dieciocho de junio de dos mil doce.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de "VORSEVI, SA." para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.