

PROPUESTA EXAMINADA POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 24-11-2010

Trámite Simplificado

LICENCIAMIENTO INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES
MODIFICACIÓN	HOSPITAL DE LEON (León) IRA-1732 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-8/IRA-1732/2010 Fecha Solicitud: 23/06/2010	Instalación de medicina nuclear. Laboratorio de radioisótopos no encapsulados para diagnóstico y tratamiento médicos. <u>Modificación</u> _Construcción de tres habitaciones para hospitalización de pacientes sometidos a tratamientos. -Aumento actividad de radioisótopos no encapsulados previamente autorizados:	Se actualiza el condicionado completo, adaptándolo para aplicación de la IS-28 del CSN.