

PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 19-01-2011

Trámite Normal

LICENCIAMIENTO INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACIÓN	APPLUS NORCONTROL S.L.U. (Sada, La Coruña) IRA-1108 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-20/IRA-1108/11 Fecha Solicitud: 11/06/2010	Instalación industrial de radiología, medida de densidad y humedad de suelos y análisis instrumental. <u>Modificación:</u> -Ampliación de la capacidad de almacenamiento, de dos a cuatro equipos, en los recintos de las Delegaciones de Asturias y Castilla-La Mancha. -Clausura de la delegación de Pontevedra. -Cambio de ubicación de los recintos de almacenamiento de la delegación de Murcia y aumento de su capacidad de almacenamiento a 12 equipos. -Ampliación de la instalación con 8 nuevos equipos de la marca AEA TECHNOLOGY, modelo 880 DELTA.	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento en la nueva delegación de Murcia para que pueda realizarse inspección previa para la emisión de la Notificación de Puesta en marcha.	Los equipos disponibles en la delegación de Pontevedra serán trasladados a otras delegaciones de la instalación. Se informa denegatoria mente la solicitud de cambio de emplazamiento de la delegación de la instalación en Castellón al haberse propuesto su traslado a un edificio de viviendas en una zona urbana.