

ACTA DE INSPECCIÓN

inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la Comunidad Foral de Navarra,

CERTIFICA: Que se ha personado el día doce de septiembre de dos mil veintitrés, en el **HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA**, sito en la _____, en PAMPLONA (Navarra). _____



La visita tuvo por objeto inspeccionar la Unidad de Terapia Metabólica de una instalación radiactiva de segunda categoría, destinada a la posesión y uso de equipos y materiales radiactivos con fines de diagnóstico y tratamiento médico, en los campos de aplicación de medicina nuclear y laboratorios con fuentes no encapsuladas, ubicada en el emplazamiento referido, y cuya autorización vigente (MO-27) fue concedida por la Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4 del Gobierno de Navarra con fecha 5 de junio de 2023, así como la modificación (MA-6) aceptada por el CSN con fecha 7/08/23.

La Inspección fue recibida por _____, jefe del Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica (SRPR) del Hospital Universitario de Navarra y _____ radiofísico adjunto del SRPR, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad y la Protección Radiológica. _____

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el Acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido. ----

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por personal antes citado, resulta que:

UNO. INSTALACIÓN

- La Unidad de Terapia Metabólica se encuentra situada en la _____ y en la _____ del _____ del HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA (Hospital de Navarra). –

- La Unidad consta de dos habitaciones de hospitalización (habitaciones _____), una sala de almacenamiento temporal de residuos radiactivos sólidos y una sala de descontaminación, ubicadas en la _____, y de una sala de almacenamiento y tratamiento de residuos radiactivos ubicada en la planta sótano. _____

- Tanto suelos como paredes se encontraban debidamente acondicionados. ----

- En la sala de almacén provisional de residuos radiactivos sólidos disponen de dos depósitos blindados para almacenamiento temporal de residuos radiactivos sólidos y de un frigorífico congelador para el almacenamiento de residuos radiactivos sólidos orgánicos. Además, disponen de los contenedores para la recogida de los residuos radiactivos, separados en reutilizables o no, generados en cada habitación de hospitalización. -----

- Los baños de dichas habitaciones disponen de inodoros especiales separadores conectados al sistema de recogida de residuos líquidos, que los une con los depósitos situados en la sala de almacenamiento y tratamiento de residuos radiactivos ubicada en la planta sótano. Que dicha sala dispone de cuatro depósitos de 2300 l de capacidad unitaria gestionados por un sistema automático de vertido a la red de alcantarillado, de la firma “ _____”, modelo _____, con nº de serie _____ y de siete contenedores blindados para el almacenamiento de los de residuos radiactivos sólidos. -----

- En cada depósito y en el conducto de vertido se hallaba introducida una sonda de radiación de la firma “ _____”, modelo _____ con nº de serie _____, respectivamente, verificadas por dicha firma en fecha 18/03/23. ----

- Según se manifestó, a la sala de almacenamiento y tratamiento de residuos radiactivos ubicada en la _____ solamente tiene acceso el personal del SRPR. ----



- Estaban disponibles medios químicos para la descontaminación radiactiva y extintores de incendios. _____

- La instalación se encontraba señalizada de acuerdo con el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, disponiendo de medios para establecer un acceso controlado. _____

- Tanto en las dos habitaciones de hospitalización como en la sala de almacenamiento y tratamiento de residuos radiactivos se disponía de un sistema de ventilación forzada con filtros de carbón activo y de circuitos cerrados de TV con cámaras. _____

DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN

- En las habitaciones de hospitalización de pacientes tratados con _____, disponen de sendas mamparas blindadas para la protección radiológica de trabajadores y familiares de pacientes. _____

- Estaban disponibles dos delantales plomados y dos protectores tiroideos, todos ellos de 0,5 mm de espesor, para su uso con pacientes tratados con _____. _____

- Estaba disponible un carro blindado para, si fuera necesario, el transporte interno de residuos radiactivos y, según se manifestó, también se podría utilizar como contenedor de las bolsas de orina de los pacientes sondados. _____

- En la sala de almacenamiento y tratamiento de residuos radiactivos se hallaba instalado un equipo fijo provisto de alarma, de la firma “ _____ ”, modelo _____ con nº de serie _____ calibrado por la _____ en fecha 10/11/16 y verificado por el SRPR en fecha 18/03/23.

- En La Unidad disponen de un equipo portátil para la detección y medida de las radiaciones de la firma _____ modelo _____ con nº de serie _____ dotado de una sonda con nº de serie _____ calibrado por la _____ en fecha 26/02/16 y verificado por el SRPR en fecha 23/03/23. _____



- En el pasillo de acceso a las habitaciones de hospitalización se hallaba instalado un equipo fijo provisto de alarma, de la firma “ _____ ”, modelo _____ con nº de serie _____ dotado de una sonda interna, calibrado por la _____ en fecha 10/11/16 y de otra externa, modelo _____ con nº de serie _____ ubicada en la sala de almacenamiento temporal de residuos radiactivos sólidos, calibrada por la _____ en fecha 8/11/16, y verificados, todos ellos, por el SRPR en fecha 18/03/23. _____

- En el vestíbulo de acceso a las habitaciones de hospitalización se hallaba instalado un equipo fijo provisto de alarma, de la firma “ _____ ”, modelo _____ con nº de serie _____ dotado de dos sondas externas, modelo _____ con nº de serie _____ , ubicadas en el techo encima de las camas de las habitaciones _____ , calibrado por la _____ en fecha 8/11/16, y verificados, todos ellos, por el SRPR en fecha 18/03/23. _____



TRES. NIVELES DE RADIACIÓN

- De los niveles de radiación medidos en la instalación, no se deduce puedan superarse, en condiciones normales de trabajo, los límites de dosis establecidos. _____

- Las medidas fueron realizadas con un equipo para la detección y medida de la radiación, de la firma _____ modelo _____ , con nº de serie _____

CUATRO. PERSONAL DE LA UNIDAD

- Según se manifestó, los trabajadores expuestos de la Unidad son los siguientes:
- Clasificados en categoría “A”: supervisores del Servicio de Medicina Nuclear y operadores de dicho Servicio que administran las dosis.
 - Clasificados en categoría “B”: personal del SRPR, personal de enfermería, auxiliares, personal de limpieza y celadores. _____

- Según se manifestó, Los trabajadores expuestos son reconocidos periódicamente por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del _____ . _____

- Realizan el control dosimétrico de los trabajadores expuestos de la Unidad de la (según se manifestó, 45 personas en el mes de julio de 2023) por medio de dosímetros de termoluminiscencia, procesados por el de Valencia, archivándose los historiales dosimétricos. Que el personal que manipula el material radiactivo previamente a su suministro, perteneciente al Servicio de Medicina Nuclear, dispone, además, de dosímetros en muñecas. -----

- La instalación había implantado el Programa de Formación bienal para los trabajadores expuestos. -----

CINCO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Según se manifestó, a los pacientes, tanto previamente a cada suministro de material radiactivo como al ser dados de alta, se les comunica por escrito y verbalmente una serie de instrucciones orientadas a reducir los riesgos radiológicos. -----

- Disponen de dos Diarios de Operación, uno, gestionado por la Unidad de Radioterapia Metabólica y el SRPR, en el que figuraban las dosis suministradas a los pacientes, sus altas radiológicas, así como la gestión temporal de los residuos radiactivos y los resultados de los controles de contaminación, y otro, gestionado por el SRPR, en el que figuraban las anotaciones relativas a la gestión definitiva de los residuos radiactivos. -----

- Estaba disponible una copia del Reglamento de Funcionamiento y del Plan de Emergencia de la Unidad. -----

- Según se manifestó, semestralmente, la empresa “ ” de Zaragoza realiza la verificación del sistema automático de vertido a la red de alcantarillado de los de residuos radiactivos líquidos. -----

SEIS. DESVIACIONES

- Durante el año 2022, se han asignado la siguientes “dosis administrativas” al personal de la del : cuatro asignaciones mensuales (AM) a dos trabajadores expuestos (TE) y tres AM a un TE, siendo el total de TE de 45. -----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre energía nuclear, el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, el RD 1029/2022 por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta en Pamplona y en la sede del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, a trece de septiembre de dos mil veintitrés.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado del **HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA** para que, con su firma, identificación, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Firmado por

- DNI

*** ** el día 13/09/2023

ALEGACIONES AL ACTA CSN-GN/AIN/58/IRA/116/23 (TERAPIA METABÓLICA)

DOSIS ADMINISTRATIVAS.

Se ha procedido a la reasignación de las dosis administrativas de dos de los trabajadores. El tercero ha abandonado el servicio.

Pamplona a 18 de septiembre de 2023

 Firmado digitalmente por
Fecha: 2023.09.18 12:06:15
+02'00'

Jefe de Servicio de Radiofísica y P.R.

DILIGENCIA

En relación con los comentarios formulados en el TRÁMITE del acta de inspección de referencia **CSN-GN/AIN/58/IRA/116/23** de fecha 13 de septiembre de 2023, el Inspector que la suscribe declara:

- Hoja anexada, comentario único:
Se acepta la medida adoptada, que subsana la desviación.



En Pamplona, a 19 de septiembre de 2023

EL INSPECTOR

Firmado por

- DNI

*** ** el día 19/09/2023