

ACTA DE INSPECCIÓN

_____, funcionario de la Generalitat de Catalunya e inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día 7 de julio de 2021 en Sarpi Constantí SLU, (_____) de Constantí (Tarragonès), provincia de Tarragona.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a control de procesos, cuya autorización vigente fue concedida por resolución de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalunya con fecha 11.05.2015.

La Inspección fue recibida por _____, y por _____, Responsable de mantenimiento y supervisor, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en su tramitación, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

- La instalación se encontraba señalizada de acuerdo con la legislación vigente y disponía de medios para establecer un acceso controlado.-----
- En la trituradora de residuos de la línea de incineración, en el nivel _____ salida del homogeneizador, se encontraba instalado un equipo radiactivo de la _____ con un cabezal modelo _____, provisto de una fuente radiactiva encapsulada de _____ de actividad en fecha 06.05.2002, Disponía de una etiqueta de identificación en la que se leía: _____ fecha 06.05.2002, -----
- Estaba disponible el certificado de actividad y hermeticidad en origen de la fuente radiactiva encapsulada y el certificado de control de calidad del equipo radiactivo.-----

- De los niveles de radiación medidos en las zonas de posible influencia radiológica del equipo radiactivo no se deduce que puedan superarse, en condiciones normales de funcionamiento, los límites anuales de dosis establecidos. -----
- El supervisor realiza trimestralmente comprobaciones del equipo desde el punto de vista de la protección radiológica y el control de los niveles de radiación de la instalación radiactiva según un protocolo escrito de referencia S.0421.01, actualizado en fecha 25.06.2021. Los últimos controles son de fechas 16.04.2021 y 25.06.2021, según consta en el diario de operación. -----
- La Unidad Técnica de Protección Radiológica de _____ realiza la prueba anual de hermeticidad de la fuente radiactiva encapsulada, siendo la última de fecha 23.07.2020. Estaba disponible el correspondiente informe, en el que se incluye una inspección visual del equipo, la comprobación del correcto etiquetado de la fuente y el control de los niveles de radiación. -----
- Estaban disponibles dos equipos portátiles para la detección y medida de los niveles de radiación:-----
 - o Uno de la firma _____ calibrado por _____ en fecha 04.03.2021. Estaba disponible el correspondiente certificado. ----
 - o Uno de la firma _____ calibrado por _____ en fecha 07.12.2020. Estaba disponible el correspondiente certificado. ----
- Estaba disponible el programa de calibración y verificación de los equipos portátiles de detección y medida de los niveles de radiación. La última verificación anual del equipo _____ es de fecha 04.09.2020 y del equipo _____ es de fecha 17.09.2020, según consta en el diario de operación.-----
- Estaba disponible 1 licencia de supervisor en vigor. -----
- El supervisor _____ había causado baja en la instalación, pero no lo habían comunicado. -----
- Según se manifestó, el coordinador de seguridad, _____, realizaría el curso de capacitación de supervisor de instalaciones radiactivas.-----
- Estaban disponibles los siguientes dosímetros de termoluminiscencia: 2 para el control dosimétrico de los trabajadores expuestos y 2 para el control del área de la zona de influencia radiológica del equipo radiactivo.-----

- Tienen establecido un convenio con el para la realización del control dosimétrico. Se registran las dosis recibidas por los dosímetros. Se mostró a la inspección el último informe dosimétrico correspondiente al mes de junio de 2021. -----
- Estaban disponibles los historiales dosimétricos individualizados de los trabajadores expuestos.-----
- Estaban disponibles las normas de actuación en funcionamiento normal y en caso de emergencia, las cuales estaban incluidas en el manual de explotación y en el plan de emergencia de la empresa. -----
- Estaba disponible el diario de operación de la instalación. -----
- Estaban disponibles equipos extintores de incendios.-----
- En caso de necesidad la fuente radiactiva encapsulada se almacenaría en la dependencia denominada ubicada en la planta del edificio de oficinas, de la escalera. -----

DESVIACIONES

- No estaba disponible, en ningún lugar visible de la instalación, un resumen de las normas básicas de actuación, durante el funcionamiento normal y en los casos de emergencia, tal y como exige la condición 11 de la resolución de autorización vigente.-----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, así como la autorización referida, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta.

TRÁMITE.- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de Sarpi

Constantí SLU para que con su firma y cumplimentación del documento adjunto manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.