

**ACTA DE INSPECCIÓN**

<b>Instalación</b>	ENGLISH DENTAL CENTRE		
<b>Títular</b>			
<b>Dirección</b>	CALVIÀ		
<b>Código</b>	RXPM-2177	<b>NIF</b>	
<b>Actividad</b>	Dental	<b>Tipo</b>	III
<b>Fecha inscripción</b>	28/05/2019	<b>Última anotación</b>	28/05/2019
<b>Fecha inspección</b>	12/09/2019	<b>Finalidad</b>	Control

D. jefe del Servicio de Actividades Radiactivas del Govern de les Illes Balears y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector en el territorio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,

**CERTIFICA:** Que se personó el día doce de setiembre de 2019 en ENGLISH DENTAL CENTRE, sito CALVIÀ

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido cuyo código de registro es RXPM-2177, a nombre de ENGLISH DENTAL CENTRE, SLU, inscrita en el Registro el 28 de mayo de 2019.

La Inspección fue recibida odontóloga y directora de la instalación, quien fue informada de la finalidad de la misma y manifestó aceptarla en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

La representante del titular de la instalación fue advertida previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

## UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación dispone del siguiente equipo de rayos X:

Equipo/sala	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
Intraoral					

- Dicho equipo está correctamente inscrito en el Registro de instalaciones de rayos X con finalidades médicas.
- El gabinete en que se encuentran el equipo está correctamente señalizado y existen prendas plomadas de protección.

## DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- odontóloga, dirige a instalación y dispone de la acreditación correspondiente.
- El equipo de la instalación es operado únicamente por  quien está sometida a vigilancia dosimétrica personal.
- Están disponibles los informes dosimétricos mensuales sin valores significativos.

## TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Está disponible un certificado de conformidad de la instalación expedido por la UTPR  07/05/19.
- Está disponible un informe con los resultados de la revisión anual de la instalación efectuada el 31/07/19 por la UTPR .

- Está disponible el Programa de Protección Radiológico.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, se levanta  
acción



**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de ENGLISH DENTAL CENTRE, SLU para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.