ACTA DE INSPECCIÓN

D. J jefe del Servicio de Actividades Radiactivas del Govern de les Illes Balears y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector en el territorio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,

CERTIFICA: Que se personó el día cuatro de junio de 2021 en la CLÍNICA DENTAL MORENO GARCÍA, sita er MAÓ.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico ubicada en el emplazamiento referido, a nombre de CLINICA DENTAL MORENO GARCIA, CB, Su código de registro es RX/PM-2048, fue inscrita en el Registro el 6 de junio de 2014 y su última anotación es del 4 de febrero de 2019.

La Inspección fue recibida por odontóloga y copropietaria de la instalación, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección de que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

UNO. DEPENDENCIAS, EQUIPOS Y MATERIAL RADIACTIVO

– La instalación está compuesta por cuatro gabinetes con equipos dentales intraorales, una sala de exploración con un equipo panorámico y las dependencias administrativas adjuntas.

– Los equipos que se relacionan a continuación están presentes en la instalación y están inscritos en el Registro de instalaciones de rayos X:

Equipo/sala	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR INSPECCIÓN

– El equipo presente en la instalación que se indica a continuación no está inscrito en el Registro de instalaciones de rayos X:

Equipo/sala	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA

– La instalación está correctamente señalizada y disponen de diversas prendas plomadas de protección.

DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

– licenciados en odontología, dirigen la instalación y operan los equipos. Disponen de la acreditación correspondiente.

– Los trabajadores mencionados están sujetos a vigilancia dosimétrica mediante uso de dosimetría personal. Están disponibles sus informes dosimétricos que indican que no se han superado los límites de dosis establecidos.

TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

– Está disponible un certificado de conformidad de la instalación expedido por la el 25/09/2020.

– Está disponible el informe con los resultados de la vigilancia de los niveles de radiación, la realización del control de calidad de los equipos equipo y la estimación de dosis a pacientes expedido por la el 25/09/2020 en el que no se hace constar observaciones.

– La instalación dispone de un Programa de Protección Radiológica.

CUATRO. OBSERVACIONES

– En relación con el equipo presente en la instalación y no inscrito en el Registro, mencionado en el apartado UNO de esta acta, se manifiesta que están en marcha los trámites para su inscripción. Al respecto se exhibe documento en que la certifica dicho extremo estando prevista la visita del personal técnico el 15/06/2021.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 783/2001,

de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta en Palma, en la sede de la Dirección General de Política Industrial.

08/06/2021

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de CLINICA DENTAL MORENO GARCIA, CB, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
INSPECCIÓN

en calidad de representante de la Clínica Dental Moreno García, CB. , titular de la instalación de rayos X, RXPM-2048.

Expreso mi acuerdo con el contenido del acta **CSN-CAIB AIN 01 RXPM 2048 2021** correspondiente a la inspección realizada el día 04/06/2021.

Maó, 23 de junio de 2021