

PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 20-05-2009

Trámite Simplificado

LICENCIAMIENTO INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACIÓN	EUROCONTROL, SA (Madrid) IRA-0162 Ref doc: CSN/IEV/M0-16/IRA-0162/09 Fecha solicitud: 02/03/2009	Instalación industrial de radiografía, gammagrafía y medida de densidad y humedad de suelos. <u>Modificación</u> -Baja de 13 equipos de gammagrafía móvil de la marca NUCLEAR IBERICA. NI - Baja de un equipo de gammagrafía móvil de la marca PICKER, modelo TO-660-664. - Incorporación de 10 nuevos equipos de gammagrafía móvil de la marca SENTINEL AEA TECHNOLOGY QSA INC., modelo 880 Delta.	Se actualiza el condicionado completo.	Cuatro de los equipos NI que se dan de baja han sido retirados por Enresa. El equipo Picker ha sido retirado por SCI S.A. El resto de equipos NI permanecen almacenados una vez solicitada la retirada de los mismos a Enresa.
MODIFICACIÓN	PAYMA COTAS, SA (Alcobendas, Madrid) IRA-0512 Ref doc: CSN/IEV/MO-13/IRA-0512/09 Fecha solicitud: 04/11/2008	Instalación industrial de gammagrafía y medida de densidad y humedad de suelos. <u>Modificación</u> -Baja de un equipo de gammagrafía móvil de la marca TECHNICAL OPERATION. -Incorporación de un nuevo equipo de medida de densidad y la humedad de suelos de la marca CPN, modelo MC-3-122. -Incorporación de un nuevo equipo de medida de densidad y la humedad de suelos de la marca TROXLER, serie 3400. -Cambio de Domicilio social y sede central de la instalación, anteriormente situados en Alcobendas, Madrid. -Alta de un nuevo recinto de almacenamiento de equipos situado en la delegación de la instalación en Quart de Poblet (Valencia).	Se actualiza el condicionado completo. La especificación 10ª requiere la comunicación al CSN cuando la nueva sede central de la instalación en Alcobendas y el nuevo recinto de almacenamiento en Quart de Poblet estén en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la emisión de la Notificación de Puesta en Marcha.	El equipo que se da de baja ha sido transferido a SERVICONTROL, S.L. (IRA-1709), que dispone de autorización para su posesión y uso