

PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 17-06-2009

Trámite Normal

LICENCIAMIENTO INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACIÓN	HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA (Málaga) IRA-2654 Ref doc: CSN/IEV/M0-3/IRA-2654/09 Fecha solicitud: 16/03/2009	Instalación médica de radioterapia (braquiterapia y teleterapia) <u>Modificación</u> -Nuevo acelerador lineal para radioterapia de la marca ELEKTA, modelo Sinergy Platform -Nuevo equipo automático de braquiterapia de alta tasa de dosis y carga diferida de la marca NUCLETRON, modelo Microselectron V3.	Se actualiza el condicionado completo. -La especificación 11ª requiere la comunicación al CSN cuando la modificación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la emisión de la Notificación de Puesta en Marcha. - Especificación 12ª, permite la operación del acelerador para formación, realización de amebas, realización de verificaciones dosimétricas y geométricas y comprobación preliminar de blindajes. -Especificación 13ª, establece la documentación a remitir al CSN junto la solicitud para realizar la inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha. -Especificación 14ª, requiere que la carga de la primera fuente del equipo de braquiterapia se realice en presencia de la inspección del CSN. -Especificación 32ª, requiere la comprobación anual de los blindajes en condiciones reales de funcionamiento. -Especificación 33ª, requiere que durante el primer año de funcionamiento del acelerador se realice un control de los niveles de radiación en dependencias adyacentes a los recintos blindados. -Especificación 34ª; requiere la realización de un estudio de seguridad en caso de cambios en condiciones de uso u ocupación de zonas colindantes con recintos blindados.	El Hospital dispone de dos instalaciones radiactivas autorizadas. El Hospital dispone de un Servicio de Protección Radiológica autorizado por el CSN.

LICENCIAMIENTO DE INSTALACIONES RADIATIVAS DEL PAÍS VASCO

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR FECHA ENTRADA SOLICITUD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN CSN-PV/IEV/PM-01/IRA-2998/09	GRUPO HOSPITALARIO QUIRÓN, S.A. IRA-2998 Fecha de Solicitud: 02/12/2008	Instalación destinada a la utilización con fines médicos de equipos de rayos X y radioisótopos encapsulados y no encapsulados para diagnóstico y tratamiento en el campo de la Medicina Nuclear. Solicitan autorización de funcionamiento : - - Instalación de un equipo de tomografía PET-TAC marca GENERAL ELECTRIC, modelo DISCOVERY ST4. - Utilización de radioisótopos no encapsulados para diagnóstico y terapia ambulatoria, con indicación de sus correspondientes actividades máximas: - Utilización de fuentes radiactivas encapsuladas para calibración y control de calidad del equipamiento.	- Ha sido necesario requerir PIA a esta instalación. - Por tratarse de una autorización de funcionamiento de nueva implantación, que incluye un equipo de diagnóstico PET-TAC, la utilización de radioisótopos no encapsulados, y la disposición de fuentes radiactivas encapsuladas para control de calidad, se estima necesaria inspección previa para la Puesta en Marcha, tal y como se indica en la ETF n.º 11.