

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó, el día veintisiete de mayo de dos mil quince, en el Servicio de Estructura Agrarias de la Consejería de Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura (en la actualidad denominado. Servicio de Estructuras Rurales. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. Gobierno de Extremadura), sito c/ Arroyo de Valhondo, 2, en Cáceres.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a: Medida de densidad y humedad de suelos, cuya autorización fue concedida por la Dirección General de Ordenación Industrial, Energía y Minas. Consejería de Economía, Industria y Hacienda. Junta de Extremadura, en fecha 5 de abril de 1999.

Que la Inspección fue recibida por [REDACTED] Jefe de Negociado del Laboratorio Geotécnico, en representación del titular, quien acepto la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- En la actualidad la instalación radiactiva no dispone de Supervisor, notificado a este CSN, en fecha 12 de enero de 2015, cuya notificación se adjunta como Anexo-I, dela presente Acta de Inspección.-----
- En un recinto blindado, señalizado, provisto de acceso controlado y extinción de incendios, se encontraba almacenado un equipo [REDACTED] nº.14795, con fuentes de Cs-137 nº.50-3530 y Am-241/Be nº.47-10152.-----



- Los niveles de radiación medidos, en el almacenamiento del equipo, se encontraban dentro de los límites autorizados.-----
- Estaba disponible un equipo para la detección y medida de la radiación, [redacted] nº 0192 y otro modelo [redacted] nº.61223.-----

Fue exhibida la documentación, siguiente:

- Diario de Operación de la instalación, de ref. 78/05, indicando la suspensión de actividades por el Supervisor.-----
- Según manifestó el Sr. [redacted], él se encarga de la custodia de las llaves, del recibo de almacenamiento del equipo radiactivo.-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a uno de junio de dos mil quince.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1, del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **"SERVICIO DE ESTRUCTURAS RURALES-LABORATORIO GEOTÉCNICO"** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

JUNTA DE EXTREMURA
LABORATORIO GEOTÉCNICO
CA
15 junio 2015
Pedro Justo Dorado Dellmans

Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía

Secretaría General
C/ Arroyo de Valhondo, 2
10071 CÁCERES
<http://www.juntaex.es>
Teléfono: 927 00 60 00
Fax: 927 00 60 75

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

ENTRADA 10050

Fecha: 17-06-2015 12:01

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
C/ Pedro Justo Dorado Dellmans, 11
28040.- MADRID

Fecha: CC, a 15 de junio de 2015

RF^a: [REDACTED]

Asunto: Rdo. Documentación

JUNTA DE EXTREMADURA REGISTRO ÚNICO
Salida Nº 2015209080010052
15/06/2015 09:04:23

Adjunto envío acta de inspección con el correspondiente recibí, como solicitaban en su escrito de fecha 27 de mayo de 2015, así como documentación anexa al mismo para que prosiga su tramitación.

**LA JEFA DE SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN DE
SERVICIOS PERIFÉRICOS DE CÁCERES**



Fdo. : [REDACTED]