



ACTA DE INSPECCIÓN

jefe del Servicio de Actividades Radiactivas del Govern de les Illes Balears y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector en el territorio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,

CERTIFICA: Que se personó el día cuatro de mayo de 2021 en la sede de en la empresa IGETEC, sita en la INCA.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido cuyo código de registro es IRA 2308, destinada a medición de densidad y humedades de suelos, a nombre de

. Su autorización vigente) fue concedida por la Dirección General de Industria del Govern de les Illes Balears el veintiuno de enero de 1997.

La Inspección fue recibida por ; responsable de calidad de la empresa, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:





- En el momento de la inspección un operador de la instalación estaba colocando los elementos de señalización reglamentarios. Se verifica que dispone de extintores, botiquín y la correspondiente carta de porte.

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- El funcionamiento de la instalación está dirigido por _____, titular de una licencia de supervisor válida hasta el 23/01/24.
- Los trabajadores _____ disponen de licencia de operador en vigor para el manejo del equipo.
- _____, responsable de calidad de _____, es consejera de seguridad en el transporte de materias peligrosas y dispone de certificado en vigor.
- Se realiza el control radiológico del personal profesionalmente expuesto mediante el uso de dosimetría personal. Está disponible el registro de las dosis recibidas por dicho personal, sin que se hayan sobrepasado los límites de dosis establecidos.
- Se ha efectuado la vigilancia médica anual de los trabajadores expuestos.



CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Estaba disponible el informe de la revisión y verificación, y calibración del equipo por la entidad _____ con fecha 26/07/2019.
- Estaban disponibles los registros del mantenimiento rutinario semestral del equipo realizado por personal de la instalación, el último con fecha de 11/01/2021.
- Estaba disponible un certificado de hermeticidad de la fuente del equipo por la _____ de fecha 08/07/2020.



- Estaba disponible el informe de la inspección visual de la varilla fuente del equipo efectuada por la entidad con fecha 26/07/2019 en que se certifica que el estado de varilla fuente y la soldadura es satisfactorio.
- Consta la calibración del detector el 13/12/16, y su última verificación en la instalación el 20/12/20.
- Estaban disponible el Diario de Operación de la instalación debidamente diligenciado.
- Consta la confección y entrega del informe anual del año 2020.



Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; y el Real Decreto 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta, en Palma en la sede de la Dirección General de Política Industrial.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado del INSTITUTO DE GESTIÓN TÉCNICA DE CALIDAD, SLU para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

, en representación de la empresa
, titular de la instalación radiactiva IRA 2308.

Expreso mi **acuerdo** con el contenido del acta **CSN-CAIB/AIN/25/IRA-2308 2021** correspondiente a la inspección realizada el día 04/05/2021.

Inca, a 14 de mayo de 2021

Firma